

令和3年4月19日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約にかかる質疑回答について（1回目）

標記の件について、下記のとおり通知いたします。

記

以下の同等品承諾願を可と致しましたので通知します。

- ・日本光電工業(株)製 AED-3100 カルジオライフ

《理由》

仕様書における機能・性能の条件を満たしており、同等品以上と認められるため。

以上

令和3年4月19日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約にかかる質疑回答について（2回目）

標記の件について、下記のとおり通知いたします。

記

番号	質問事項	回答
1	仕様書 6.④ 内容物は、ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオル1本、蘇生用マウスピース（RESACO-R）1個でもよろしいでしょうか。	仕様書のとおり納品してください。
2	仕様書 6.⑤ 780×330×200mm（H×W×D）弊社型 AED ボックスで対応可能でしょうか。不可の場合は、壁掛け型ケースでよろしいでしょうか。	収納ケースについては、AED の四方を覆うタイプで、使用時には容易に開閉ができるものを想定していますので、提示いただいたボックスで可とします。
3	仕様書 7.故障時の対応 機器の異常が発生した場合は、弊社のコールセンターに連絡いただくことで、状況を確認の上、弊社にて機器交換等を行い、原状復帰することによりよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	仕様書 7. バッテリー、電極パッドの交換 新しい消耗品は設置先に送付しお客様で交換いただく運用でもよろしいでしょうか。	問題ありません。

令和3年4月19日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約にかかる質疑回答について（3回目）

標記の件について、下記のとおり通知いたします。

記

以下の同等品承諾願を可と致しましたので通知します。

・(株)CU製 CU-SP1

《理由》

仕様書における機能・性能の条件を満たしており、同等品以上と認められるため。

以上

令和3年4月19日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約にかかる質疑回答について（4回目）

標記の件について、下記のとおり通知いたします。

記

同等品承諾願 提出機種 : 日本光電工業(株)製 AED-3100

《回答》

※第1回質疑回答参照

以上