

令和6年6月18日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約にかかる質疑回答について（1回目）

標記の件について、下記のとおり通知いたします。

記

番号	質問事項	回答
1	仕様書3 参考機種 「フィリップス ハートスタートFR x」とありますが、日本光電工業製 AED3100 を同等品と承認いただけ ますでしょうか。	同等品を以って入札に参加する場合は 「同等品承諾願」を提出いただき、承諾 を得ることとしています。公告文2（5） をご参照ください。
2	仕様書6 付属品および消耗品 「レスキューキット」とありますが、 構成は、ニトリルグローブ1双、カ ミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオ ル1本、蘇生用マウスピース (RESACO-R)1個でもよろしいで しょうか。	仕様書のとおりとします。
3	仕様書6⑤ 仕様書11 「収納ケース(スタンド型収納ケー ス・壁掛型収納ケースなど)」「機器納 入時の設置作業(壁掛金具含む)」とあ りますが、弊社製の壁掛金具(MN- T0760)と同等品とご承認いただけま すでしょうか。 上記不可の場合は、弊社製の壁掛型収 納ボックス(AE-B0050)でよろしい でしょうか。	収納ケースについては、AEDの四方を 覆うタイプで、使用時には容易に開閉が できるものを想定していますので、壁掛 金具(MN-T0760)につきましては不可と し、壁掛型収納ボックス(AE-B0050)に つきましては可とします。 なお、設置台数13台の内訳として、ス タンド型収納ケースは3台、壁掛型収納 ケースは10台で想定しております。

4	<p>仕様書 7</p> <p>「故障等が生じた場合は、担当技術員を派遣し、正常な状態に回復させること」「機器の交換・修繕等」「緊急時の故障について、コールセンターを有し、取扱メーカーが迅速に対応可能であること」とありますが、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡いただくことで、弊社で状況を確認のうえ、機器交換等を行い、原状復帰することよろしいでしょうか。</p> <p>修理ではなく弊社で交換対応するため、医療機器修理業の許可は不要との認識でよろしいでしょうか。</p>	問題ありません。
5	<p>仕様書 7</p> <p>「設置危機に保守担当者の連絡先を明示すること」とありますが、弊社コールセンター(24 時間)のフリーダイヤルを記載した維持管理タグを付属することよろしいでしょうか。</p>	問題ありません。
6	<p>仕様書 7 仕様書 11</p> <p>AED 消耗品の「交換」「納入」とありますが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。</p> <p>AED 使用時には、弊社のコールセンターへご連絡頂き、復旧に必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者様に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか</p>	問題ありません。ただし、必要に応じて交換方法の説明等の対応を行ってください。

7	「保守」とありますが、保守の内容は定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備、加えてお客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター(24時間 365 日)があり、必要に応じて弊社担当者が対応すればよろしいでしょうか。	問題ありません。
---	--	----------

鳴門市教育委員会 教育総務課