半自動体外式除細動器一式 仕様書

1 目的

この仕様は、鳴門市消防本部（以下「消防本部」という。）が令和7年度に購入する半自動体外式除細動器一式について必要な事項について定める。

2 品名及び数量

品名 日本光電 半自動体外式除細動器一式

(1) 半自動除細動器 TEC-2603 カルジオライフ S 1式

(2) リチウムイオンバッテリー SB-220V 2個

(3) 記録器 WS-261V 1式

(4) 記録器用 AC 変換アダプター MPU60B-105RAV1 1式

(5) SD メモリーカード (2GB) QM-002D 2式

(6) フィンガープローブ TL-201T P225F 1式

(7) CO2 センサキット TG-940P 1式

(8) TEC-2603・記録器 WS261V 用 固定金具 (トヨタハイメディック用) 1式

3 機能・性能

(1) 医療機器として薬事法の承認を受けたものであること。

(2) 半自動除細動器 TEC-2603 及び記録器 WS-261V は救急車内に取り付けること。

4 納品場所

鳴門市消防本部警防課 鳴門市撫養町南浜字東浜 170 番地

5 納入期限

令和8年3月31日とする。

6 その他

(1) 保証期間は納入日より1年間とし、保障内容はメーカーの定めるところとする。

(2) 保証期間内に不具合が生じた際は、代替品を用意し、保障内容に従い修繕または交換を実施すること。また、その際にかかる費用は納入業者の負担とすること。

(3) 納品物品はすべて新品であること。また納入にかかる経費は納入業者の負担とする。

(4) この仕様書に細部または記載がない部分等については、当消防本部と協議の上決定すること。